

Wołomin, dn. 22.12.2006 r.

SPW-PNO-343/62/06

### **Wszyscy oferenci**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat wyposażony w regulację czasu wdechu do czasu wydechu w stosunku od 1:1 do 1:3?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza aparat wyposażony w regulację czasu wdechu do czasu wydechu w stosunku od 1:1 do 1:3.**

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat nie posiadający możliwości obrazowania krzywej ciśnienia, lecz wyposażony w monitoring ciśnienia średniego, ciśnienia szczytowego oraz barograf?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza aparat nie posiadający możliwości obrazowania krzywej ciśnienia, lecz wyposażony w monitoring ciśnienia średniego, ciśnienia szczytowego oraz barograf.**

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści pomiar gazów anestetycznych realizowany w monitorze funkcji życiowych?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pomiar gazów anestetycznych realizowany w monitorze funkcji życiowych.**

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor skonfigurowany z możliwością rozbudowy?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza monitor skonfigurowany z możliwością rozbudowy.**

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor o wadze do 10 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza monitor LCD.**

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor z podtrzymaniem zasilania przez UPS umożliwiającą pracę przez 15 minut?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza monitor z podtrzymaniem zasilania przez UPS umożliwiający pracę przez 15 minut.**

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor z jednoczesnym wyświetleniem 6 odprowadzeń EKG?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza monitor z jednoczesnym wyświetleniem 6 odprowadzeń EKG.**

NACZELNIK DZIAŁU  
Planowania i Wycen  
*[Signature]*  
mgr inż. Piotr Kłuski