

Wołomin, dnia 15 marca 2007 r.

STAROSTWO
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
ul. Pradzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
tel. 787-43-00, fax 787-42-99

Dutchmed PL Sp. z o.o.
Ul. Szajnochy 14
86-738 Bydgoszcz

dot. znak sprawy: SPW-343/4/07

ROSTRZYGNIECIE PROTESTU

Na podstawie art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2006r. Nr 164 poz. 1163) - zwanej niżej „pzp” - w odpowiedzi na protest wniesiony w dniu 14 marca 2007 r., dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Wołominie, Zamawiający informuje, iż postanawia protest uznać za zasadny i udzielić wyjaśnień.

UZASADNIENIE

Protestujący – Dutchmed PL Sp. z o.o. zarzucił w proteście naruszenie przez Zamawiającego art. 38 ust. 1 oraz wnosi o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wobec istniejących rozbieżności /zadanie 8 – respiratory/ ewentualnie o unieważnienie postępowania oraz przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie koniecznych zmian w specyfikacji.

Ustosunkowując się do poszczególnych podnoszonych przez Protestującego zarzutów Zamawiający postanawia:

- uwzględnić protest pomimo tego, że termin na jego wniesienie już upłynął i wyjaśnić jednocześnie treść SIWZ celem usunięcia sprzeczności nie pozwalających na przygotowanie ważnej oferty :

ad. Pyt 1. Wykonawca winien zaferować respirator wyposażony we własne źródło powietrza medycznego typu: tłok lub turbina zapewniające normalną długotrwałą wentylację.

ad. Pyt 2. Zamawiający oczekuje respiratora z zasilaniem w tlen o ciśnieniu w zakresie większym od 2,8 do 5,5 bar

ad. Pyt 3. Wykonawca winien zaferować respirator z awaryjnym zasilaniem z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy (aparatu wraz ze źródłem powietrza medycznego) na więcej niż 40 minut ze wskaźnikiem naładowania akumulatora

ad. Pyt 4. Zamawiający oczekuje respiratora z regulowanym ciśnieniem wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie większym od 5 do 80 cmH₂O

ad. Pyt 5. Zamawiający oczekuje respiratora z ciśnieniem wspomagania PSV w zakresie większym od 0 do 55 cmH₂O

ad. Pyt 6. Zamawiający oczekuje respiratora z możliwością ustawienia PEEP/CPAP powyżej 30 cm H₂O

ad. Pyt 7. Zamawiający oczekuje respiratora z regulowanym czasem wdechu w zakresie większym od 0,2 do 5,0 sek.

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert w tym zadaniu tj. **"Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do szpitala powiatowego w Wołominie w podziale na zadania: ZADANIE 8 - respiratory"** na dzień 23.03.2007 r. godzina i miejsce składania pozostają takie jak w ogłoszeniu i SIWZ.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminach i na zasadach określonych przepisami art. 184 i 185 pzp.

STAROSTA

Matej Umanowski